APPAREILS POUR ANALYSE DES EAUX

Thermoréacteur de détermination de la Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) dans les eaux résiduelles

CONFORME AUX NORMES DE LA C.E.E. ET NORME 77-004. MÉTHODE PAR REFLUX.



CARACTÉRISTIQUES

Se compose d'un bloc de digestion de 6, 12 ou 20 postes, avec un programmateur de processus et accessoires de manipulation.
Chauffage uniforme et simultané des échantillons.
Programmation automatique de la température et du temps de digestion.
Livré complet avec :
- 1 Bloc métallique
- 1 Programmateur de processus temps/température.
- 1 Portoir avec support porte-tubes.
- 1 Support pour tubes réfrigérants.
- Tubes D.C.O. à rodage 29/32.
- Réfrigérants pour D.C.O.

MODÈLES - EQUIPEMENT COMPLET

	Code	Nombre de postes
DQO. - 6	4000638	**6**
DQO. - 12	4000639	**12**
DQO. - 20	4000640	**20**

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

Blocs métalliques chauffants. Pour un fonctionnement correct, il est indispensable d'inclure le programmateur température / temps RAT-2, car les blocs métalliques ne peuvent pas être reliés directement au réseau.



Code	Nombre de places	Ø tube mm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm	Température °C	Consom. W	Poids Kg
4000507	6	42	18 33 28	45 - 450	1500	18
4000508	12	42	18 39 33	45 - 450	2100	25
4000509	20	42	18 44 39	45 - 450	2500	31



Programmateur des processus temps/température RAT-2. Code 4001538

Supports pour tubes réfrigerants
Code
4000643 Pour 6 places
4000644 Pour 12 places
4000645 Pour 20 places



Support porte-tubes
En dural traité chimiquement, avec poignées et plaques latérales pour éviter les déperditions de chaleur.
Code
4005071 Pour "DQO.-6"
(6 tubes pour le bloc 4000507)
4005081 Pour "DQO.-12"
(12 tubes pour le bloc 4000508)
4005091 Pour "DQO.-20"
(20 tubes pour le bloc 4000509)



Caractéristiques
Affichage de la température, du temps et du programme. Sélection de la température entre 45 et 450 ºC. Capacité de mémoire: 10 programmes de 5 rampes chacun. Temps max. par rampe: 600 minutes. Indicateur sonore et lumineux de fin de cycle. Alarme de rupture du capteur de température.

Panneau de commandes
Interrupteur général.
Ecran indicateur de la température
Touche de sélection de la température.
Touche augmentation de la consigne.
Touche de mise en marche.
Touche d'arrêt.
Touche diminution de la consigne.
Touche sélecteur de temps.
Ecran indicateur temps/programme.
Touche sélecteur programme.

Tubes pour digestion DQO.
Code 1000641



Réfrigerants pour digestion DQO.
Code 1000642

