# *DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE*

El producto que se indica a continuación se ha desarrollado, diseñado y fabricado de acuerdo con los requisitos básicos de seguridad y salud pertinentes de las normas y directivas CE mencionadas.

Esta declaración pierde su validez si se realizan modificaciones no autorizadas o si el aparato se destina a un uso distinto del previsto.

| | |
|---|---|
| *Denominación del producto:* | Centrifugadora de laboratorio |
| *Tipo de producto:* | Sigma 4-16S |
| *Número de pedido:* | 10380, 10381, 10382, 10383,<br>90936, 91137 |
| *Directivas:* | Directiva de máquinas 2006/42/CE<br>Directiva de baja tension 2014/35/UE<br>Directiva CEM 2014/30/UE<br>Directiva RoHS (UE) 2015/863 |
| *Normas:* | EN 61010-2-020:2017<br>EN IEC 61000-3-2:2019<br>EN 61000-3-3:2020<br>EN 61326-1:2013 |

**Sigma Laborzentrifugen GmbH**
An der Unteren Söse 50
37520 Osterode
Alemania

Encargado de la documentación:
Eckhard Tödteberg

Osterode, 22-02-2022

Michael Sander

Gerente